

Chifa – Scissors



Nożyczki
Scheren
Scissors



Chifa- producent ponad 3.000 wzorów narzędzi medycznych o światowych parametrach jakościowych znajdujących zastosowanie w chirurgii ogólnej, kostnej, mikrochirurgii, stomatologii i weterynarii oraz szeregu narzędzi niemedycznych o szerokim zastosowaniu.

Niniejszy katalog prezentuje szeroką gamę nożyczek chirurgicznych stosowanych w różnych dziedzinach chirurgii. Nasza oferta zawiera zarówno nożyczki standardowe jak i nożyczki z twardą wkładką oraz napawane stelitem.


Firma zlokalizowana jest w Nowym Tomysłu i zatrudnia obecnie około 1000 osób.

Ponad 50 letnia praktyka w zakresie wytwarzania narzędzi medycznych, najnowsze technologie produkcji, staranna kontrola jakości gwarantują najwyższą jakość produkowanych wyrobów. W 1996 roku firma wdrożyła System Zapewnienia Jakości, który łączy standardy norm ISO 9001 oraz EN 46001. Chifa ma obecnie prawo umieszczania na swoich produktach znaku CE obok nazwy własnej. Chifa certyfikowana jest przez głównych i najbardziej wymagających firm w dziedzinie jakości - TUV Product Service GmbH.

Chifa powstała w 1945 roku w odpowiedzi na potrzeby krajowej służby zdrowia w zakresie narzędzi medycznych. Przedsiębiorstwo szybko utworzyło solidną podstawę, na której następował jego dalszy rozwój, rekrutując przy tym wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych i ekspertów.

Stworzono między innymi specjalny dział zajmujący się badaniami i rozwojem nowych produktów. W wyniku tego, w 1953 roku Chifa rozpoczęła sprzedaż eksportową, która zwiększała się stopniowo w przeciągu następnych 20 lat. Znaczący wzrost sprzedaży eksportowej nastąpił po zmianach politycznych i ekonomicznych, które miały miejsce w Polsce w 1989 roku.

Obecnie ponad 92% produkcji Chify jest eksportowane do ponad 40 krajów na świecie. Kluczowymi rynkami eksportowymi są: Japonia, Niemcy, USA. Produkty eksportowane są również do Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Korei, Meksyku, Brazylii, Australii i wielu innych państw.



Chifa—a manufacturer of over 3.000 models of surgical instruments meeting the world quality parameters, dedicated for use in general surgery, bone surgery, microsurgery, dentistry, and veterinary, as well as a number of ideapplication non-medical instruments.

This catalogue presents a variety of surgical scissors, which can be applied in various fields of surgery. Our offer includes standard scissors, scissors with hard inserts as well as stellite-padded scissors.

Today CHIFA employs about 1.000 people in its fully featured facility located in Nowy Tomyśl, Poland.

The highest quality of the manufactured products is guaranteed thanks to the over 50-year-long experience in production of surgical instruments, as well as to the newest production technologies, and careful quality control. In 1996 was introduced the Quality Assurance System, matching the standards of both ISO 9001 and EN 46001. Today CHIFA is legalized to put the CE mark together with its own identification on each product it manufactures. The leading and the most demanding Company, namely TUV Product Service GmbH, Germany, certifies CHIFA in this field.

CHIFA was founded in 1945 to satisfy the needs of the Polish health care in the range of the medical instruments. The company rapidly formed a sound base on which to expand by recruiting qualified technicians and experts. Also, in order to do that, a specialized department dedicated to the R & D of new products has been formed. As a result, in 1953, CHIFA initiated export sales, which grew rapidly over the next twenty years.

A significant increase in export sales occurred after the political and economic changes in Poland, which took place in 1989.

Today, more than 92% of the CHIFA's production is exported to over 40 countries around the world. The key export markets are: Japan, Germany, USA. Other prominent markets include The United Kingdom, France, Italy, Spain, Korea, Mexico, Brazil, Australia, and many other countries.





Chifa- Hersteller von über 3.000 Modellen medizinischer Instrumente mit Weltqualitätsparametern , die in der Allgemeinchirurgie , Knochenchirurgie , Mikrochirurgie , Zahnmedizin und Veterinärmedizin angewandt werden , sowie einer Reihe nicht medizinischer Instrumente von breiter Anwendung.

Dieser Katalog enthält eine Vielfalt von chirurgischen Scheren, die in verschiedenen Bereichen von Chirurgie verwendet werden. Unser Angebot umfasst sowohl Standardscheren als auch Scheren mit Harteinlagen (TC) und Scheren, die mit Stellite aufgeschweißt werden.

Die Firma hat ihren Sitz in Nowy Tomyśl und beschäftigt z. Z. ca. 1000 Mitarbeiter.

Eine nahezu 50-jährige Praxis im Bereich der Produktion medizinischer Instrumente , eine ständige Verbesserung der Fertigungsverfahren , eine sorgfältige Qualitätskontrolle garantieren die höchste Qualität unserer Erzeugnisse . Im Jahre 1996 hat Chifa ein Qualitätssicherungssystem eingeführt, das die Standards der Normen ISO 9001 und EN 46001 verbindet und sicherstellt . Chifa ist berechtigt , an ihren Produkten neben dem Logo das CE- Zeichen anzubringen. Chifa wurde von TÜV Product Service GmbH zertifiziert .

Chifa wurde im Jahre 1945 gegründet zur Stillung der Bedürfnisse des polnischen Gesundheitswesens hinsichtlich der medizinischen Instrumente. Das Unternehmen hat sehr schnell eine solide Grundlage zur weiteren Entwicklung in den nächsten Jahren durch Einstellung des hochqualifizierten technischen und kaufmännischen Personals geschafft. Es wurde eine separate Abteilung aufgebaut, die für die Forschung und Entwicklung der neuen Instrumente zuständig war. Infolge dieser Aktivitäten begann Chifa seine Produkte im Ausland zu vertreiben . Im Laufe der nächsten 20 Jahre hat sich der Umsatz im Export stufenweise vergrößert. Eine wesentliche Steigerung des Exports ist nach der politischen und wirtschaftlichen Wende im Jahre 1989 eingetreten .

Zur Zeit wird 92% der gesamten Produktion in über 40 Länder der ganzen Welt exportiert. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Japan , Deutschland , USA. Außerdem exportieren wir ebenfalls nach Großbritannien , Frankreich , Italien , Spanien , Korea , Mexiko , Brasilien , Australien und vielen anderen Ländern .







ZASADY POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIAMI CHIRURGICZNYMI

Wszystkie instrumenty przedstawione w katalogu wykonane są ze stali nierdzewnej, o ile nie zaznaczono inaczej. Rysunki przedstawione w katalogu wykonane są w skali 1/1 zdjęcia natomiast w skali 1/2, w przypadku innej skali wykonania zdjęcia skala ta podana jest obok zdjęcia.

1. Informacje dotyczące zamawiania

Instrumenty produkowane przez CHIFĘ mogą być zamawiane za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela lub bezpośrednio w CHIFIE. Aby skontaktować się z Przedstawicielem CHIFA obsługującym Państwa region lub Biurem Obsługi Klienta, proszę zadzwonić pod numer 061 4420270.

Instrumenty produkcji CHIFA są obecnie dostępne w 70 krajach na całym świecie. Aby skontaktować się z Przedstawicielem CHIFA obsługującym Państwa kraj proszę zadzwonić pod numer +48 61 4420260. Przy zamawianiu, w celu uniknięcia pomyłek należy podać numer produktu CHIFA a także opis produktu.

Jeżeli macie Państwo problem dotyczący produktów lub usług firmy CHIFA prosimy o powiadomienie o tym swojego przedstawiciela lub o bezpośredni kontakt z firmą CHIFA pod numerem telefonu +48 61 4420100.

W przypadku konieczności zwrotu instrumentu prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem lub bezpośrednio z firmą CHIFA.

2. Nowe instrumenty

Nowo zakupione instrumenty muszą zostać wyczyszczone, nasmarowane i poddane sterylizacji w autoklawie bezpośrednio przed użyciem.

3. Narzędzia zindywidualizowane

CHIFA może zaprojektować i wyprodukować narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb lekarzy i pacjentów. Posiadamy doświadczenie i wiedzę oraz system jakości wg normy ISO 9001 i EN 46001, które zapewniają, że w ten sposób przygotowane narzędzia będą dokładnie spełniały funkcje zgodne z wymaganiami naszych klientów. Nasi pracownicy będą współpracować z Państwem, aby dostosować produkty do waszych konkretnych potrzeb. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać w firmie CHIFA dzwoniąc pod numer +48 61 4420100 lub +48 61 4420260

4. Utrzymywanie powierzchni

Instrumenty produkowane przez CHIFA wykonane są z odpornych na korozję specjalistycznych gatunków wysokiej klasy stali nierdzewnej pochodzącej z Niemiec, wybranych specjalnie pod kątem spełnienia zróżnicowanych wymogów w zakresie cięcia, zaciskania, retrakcji i dłutowania.

Specjalną właściwością tych gatunków stali jest to, że tworzą one pasywne warstwy na powierzchni instrumentów, które chronią przed korozją. Warstwy te działają jak niewidoczna patyna powodując iż z każdym użyciem i wyeksponowaniem na działanie powietrza instrumenty stają się coraz bardziej odporne na korozję.

Chociaż w procesie produkcji stosuje się wszelkie zabiegi mające na celu zapewnienie odporności na korozję prawdziwym kluczem do długiej żywotności narzędzi jest prawidłowa konserwacja. Jest to zadanie dla użytkownika, który musi we właściwy sposób dbać o swoje narzędzia. W pewnym sensie termin 'stal nierdzewna' jest nieprawdziwy i nie można go traktować dosłownie. Jeżeli obchodzimy się ze stalą nierdzewną w niewłaściwy sposób może ona odbarwiać się i rdzewieć skracając okres eksploatacji narzędzia lub czyniąc go bezużytecznym. Poniżej opisujemy zasady właściwego obchodzenia się z narzędziami chirurgicznymi.

4a. Transport i przechowywanie

Wszystkie narzędzia powinny być traktowane z należytą ostrożnością podczas transportu, czyszczenia, konserwacji, sterylizacji oraz przechowywania. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do ostrzy, cienkich końcówek i innych delikatnych elementów. Instrumenty chirurgiczne ulegają korozji a ich działanie jest wadliwe kiedy mają one kontakt z agresywnymi substancjami, takimi jak kwasy czy agresywne środki czyszczące.

Po całkowitym osuszeniu instrumentów należy umieścić je w suchym, czystym miejscu. Nie należy przechowywać



ich w miejscach gdzie chemikalia mogą wydzielać opary o działaniu korozyjnym lub gdzie wahania temperatury i wilgotności mogą doprowadzić do skraplania się wilgoci na narzędziach.

Instrumenty należy przechowywać w czystym, suchym, wolnym od wilgoci miejscu. Instrumenty powinny być składowane indywidualnie w swoich opakowaniach wysyłkowych. Jeżeli narzędzia przechowywane są w szufladzie należy zabezpieczyć ich końcówki/ czubki przy użyciu tkaniny, gazy lub specjalnej rurki.

4b. Właściwe używanie

Instrumenty są projektowane w określonym celu i powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Nawet najsilniejszy instrument może zostać uszkodzony gdy jest niewłaściwie używany, np. gdy cążki do paznokci używa się do cięcia drutu. Wykorzystywanie instrumentu w celach lub sposób inny niż wynikający z nazwy i przeznaczenia może spowodować uszkodzenie instrumentu lub defekt, który może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pacjenta.

Takie użytkowanie narzędzi powoduje unieważnienie gwarancji udzielanej przez CHIFA na swoje produkty.

4c. Czyszczenie

● *Woda a stal nierdzewna*

Zwyczajna woda z kranu zawiera minerały, które mogą powodować przebarwienia i rdzewienie. Dlatego też zalecamy stosowanie wody destylowanej do czyszczenia, dezynfekcji, sterylizacji i płukania instrumentów. Aby uniknąć rdzewienia należy używać roztworu czyszczącego o pH zbliżonym do obojętnego (7).

● *Czyszczenie ultradźwiękowe*

Metoda ultradźwiękowa jest najbardziej skuteczną i wydajną metodą czyszczenia instrumentów chirurgicznych. Aby zwiększyć jej skuteczność należy oczyścić narzędzia ze wszystkich widocznych pozostałości przed umieszczeniem ich w urządzeniu ultradźwiękowym. Ponadto zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

- Nie należy mieszać w tym samym cyklu narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej i stali węglowej pokrytej powłoką galwaniczną.
- Otworzyć wszystkie instrumenty tak aby zamki i zapadki były dostępne.
- Unikać piętrzenia narzędzi jedno na drugim przy załadunku.
- Wyjąć i wypłukać instrumenty niezwłocznie po zakończeniu cyklu.
- Osuszyć instrumenty natychmiast po zakończeniu płukania i pozwolić im całkowicie wyschnąć na powietrzu.
- Nasmarować wszystkie ruchome elementy.

UWAGA – po czyszczeniu metodą ultradźwiękową należy dokonać starannej inspekcji instrumentów pod kątem ewentualnego obłuzowania się ich części np. luźne śruby.

● *Ręczne czyszczenie i moczenie*

Jeżeli sprzęt do czyszczenia metodą ultradźwiękową nie jest dostępny należy bardzo starannie wyczyścić instrumenty. Szczególną uwagę należy zwrócić czyszcząc zamki, ząbki, zawiasy inne trudno dostępne obszary. Należy stosować szczotki nylonowe (nie stalowe) oraz ciepłe (nie gorące) roztwory czyszczące. Przygotowując roztwory należy przestrzegać instrukcji producenta. Należy pamiętać, aby zmieniać roztwór zgodnie z zaleceniami producenta. Należy bardzo delikatnie obchodzić się z narzędziami aby nie uszkodzić ich delikatnych końcówek i mechanizmów. Jeżeli instrumenty miały kontakt z krwią, tkanką, solą fizjologiczną lub innymi substancjami obcymi należy je opłukać w ciepłej (nie gorącej) wodzie zanim substancje te zaschną na narzędziach. Po przepłukaniu zanurzyć narzędzia w roztworze czyszczącym i odkażającym.

Najlepsze efekty gwarantuje czyszczenie i płukanie natychmiast po każdorazowym użyciu. Zwłoka w oczyszczeniu narzędzi może spowodować przywieranie cząstek materii lub zasychanie wydzielin, które mogą stać się odporne na czyszczenie i w przyszłości utrudnić lub nawet uniemożliwić sterylizację.

Ponieważ wiele związków i substancji chemicznych działa na stal nierdzewną silnie korozyjnie, należy niezwłocznie opłukać i wysuszyć instrumenty na wypadek gdyby zostały one narażone na działanie jakichkolwiek potencjalnie szkodliwych substancji.



4d. Inspekcja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić i przetestować instrument. Widoczne uszkodzenia, powstałe pęknięcia, zdeformowane komponenty lub tępe ostrza oznaczają, że instrument wymaga naprawy i nie wolno go stosować.

Sprawdzanie instrumentów

Najlepszym momentem dla dokonania przeglądu instrumentów jest okres po wyczyszczeniu i nasmarowaniu narzędzi i po ich ostygnięciu.

Zabrania się używania uszkodzonych narzędzi. Nie należy nigdy usiłować naprawić instrumentu samodzielnie. Serwis i naprawy należy powierzać wyłącznie przeszkolonym i wykwalifikowanym pracownikom naszego autoryzowanego serwisu. Pytania dotyczące napraw należy kierować do producenta

Przy dokonywaniu inspekcji należy zwrócić uwagę na:

- **Działanie** – cążki, szczypce i nożyczki muszą ciąć gładko i zamykać się prawidłowo. Uchwyty do igieł i zaciski muszą prawidłowo się zamykać a ich końcówki muszą się idealnie schodzić.
- **Powierzchnie** – starannie obejrzyć powierzchnie szukając śladów odbarwień, pęknięć lub innych nieregularności.

Najczęstszymi przyczynami odbarwień i rdzewienia są:

- Niewłaściwe czyszczenie.
- Jednoczesna sterylizacja instrumentów wykonanych ze stali nierdzewnej i instrumentów ze stali węglowej pokrytych powłoką chromową.
- Zanieczyszczenie wody.
- Nieodpowiednie lub niewłaściwe przygotowanie i stosowanie niewłaściwych środków czyszczących, dezynfekujących lub konserwujących.
- Nie przestrzeganie procedur operacyjnych czyszczenia i sterylizacji.

4e. Smarowanie

Po wyczyszczeniu instrumentu a przed sterylizacją w autoklawie należy nasmarować wszystkie ruchome części. Jeżeli instrument ma być sterylizowany parą zaleca się stosowanie autoryzowanego smaru rozpuszczalnego w wodzie (zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do instrumentu).

5. Sterylizacja

Należy stosować zasady sterylizacji dopuszczone przez szczegółowe przepisy krajowe. Odpowiednie parametry dotyczące czasu sterylizacji, temperatury i ciśnienia należy zaczerpnąć z instrukcji producenta sprzętu do sterylizacji.

● *Smarowanie i sterylizacja w autoklawie*

Przed umieszczeniem ich w autoklawie wszystkie instrumenty muszą zostać odpowiednio oczyszczone. Następnie, ich ruchome elementy takie jak zamki czy zawiasy powinny zostać dobrze nasmarowane. Należy w tym celu stosować smary zalecane w instrukcji użytkowania załączonej do każdego instrumentu CHIFA. Nie wolno stosować żadnych olejów przemysłowych. Zawsze sterylizować narzędzia w pozycji otwartej. Zaleca się, aby instrumenty zostały zawinięte w tkaninę a następnie umieszczone w pojemniku, lub aby położyć tkaninę na dnie pojemnika aby wchłaniała wilgoć. Tkanina powinna mieć obojętne pH (7) oraz nie posiadać żadnych pozostałości detergentów. Przed użyciem należy pozostawić narzędzia, aby swobodnie ostygły do temperatury pokojowej.

Należy przestrzegać instrukcji producenta sprzętu do sterylizacji w zakresie obsługi i załadunku autoklawu parowego. Para musi mieć bezpośredni dostęp do wszystkich powierzchni sterylizowanych narzędzi, z uwzględnieniem powierzchni wewnętrznych, kanałów i przewodów.

6. Program regeneracji

W ramach tego programu dokonujemy naprawy i renowacji instrumentów CHIFA oraz innych instrumentów wysokiej jakości. Nasze usługi obejmują również: precyzyjne ostrzenie, regulację, wymianę końcówek i smarowanie. Większość napraw wykonujemy w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli konieczna jest natychmiastowa pomoc prosimy o wcześniejsze uprzedzenie nas telefonicznie i zwrócenie się z prośbą o przyspieszony termin naprawy.



W ramach tego programu, zgodnie z warunkami gwarancji udzielanymi przez CHIFA, każdy wadliwy instrument CHIFA objęty gwarancją, zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. Wszystkie nasze naprawy serwisowe podlegają testom jakościowym i gwarantują prawidłowe wykonywanie przypisanych narzędziom funkcji.

Więcej informacji o naszym Programie Napraw Serwisowych a także listę aktualnych cen otrzymać można dzwoniąc pod numer +48 61 4420100 lub +48 61 4420260

Lista kontrolna obchodzenia się z narzędziami produkowanymi przez CHIFA

1. Płukać i moczyć zanieczyszczone narzędzia natychmiast po użyciu. Dokładnie oczyścić przed sterylizacją w autoklawie.
2. Podczas sterylizacji w autoklawie instrumenty powinny znajdować się w pozycji otwartej.
3. Nie układać narzędzi w stosy ani nie dopuścić, aby wzajemnie się dotykały.
4. Przestrzegać instrukcji producentów sprzętu i roztworów.
5. Przechowywać instrumenty odpowiednio nasmarowane.
6. Regularnie dokonywać inspekcji instrumentów.
7. W przypadku problemów na którymkolwiek z etapów konserwacji narzędzi należy skonsultować się z przedstawicielem CHIFA

Gwarancja

CHIFA gwarantuje, że niniejszy instrument medyczny jest wolny od wszelkich defektów w materiale i wykonawstwie. Na wyprodukowane instrumenty standardowo CHIFA udziela 1 rok gwarancji, a na instrumenty z twardą wkładką 2 lata. Powyższa gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje udzielane bezpośrednio i pośrednio, z uwzględnieniem gwarancji ogólnego przeznaczenia lub przydatności do konkretnego celu.

Gwarancje nie dotyczy tych własności instrumentów, które ulegają naturalnemu zużyciu podczas wykonywania przez nie funkcji do których zostały przeznaczone np. cięcie, chwytność itp. Stwierdzenie przydatności do użycia instrumentu medycznego do danej procedury chirurgicznej zależy od użytkownika. Chifa nie będzie ponosiła odpowiedzialności za przypadkowe lub celowe uszkodzenia wszelkiego rodzaju spowodowane przez jej narzędzia, włączając te, które zostały poddane jakimkolwiek modyfikacjom oraz ulepszeniom dokonywanym przez użytkownika, bez wiedzy CHIFY. Naprawa instrumentu przez podmioty inne niż autoryzowany serwis naprawczy CHIFA powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

Serwis i naprawa

Autoryzowany serwis CHIFA

Ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Przy reklamacjach należy zawsze podawać numer faktury dotyczącej zakupu instrumentów oraz przysyłać opis problemu lub wady na piśmie.

Jesteśmy również otwarci na penetrację nowych rynków. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dystrybucją narzędzi produkowanych przez CHIFA proszę o kontakt pod powyższy numer telefonu a z przyjemnością udzielimy wszystkich informacji na temat zasad współpracy, która mamy nadzieję okaże się owocna dla obu stron.



SURGICAL INSTRUMENTS TREATMENT RULES

All instruments presented in the catalogue are made of stainless steel, unless otherwise specified. The drawings presented in the catalogue are made to a 1/1 scale and the photographs are made to a 1/2 scale. If the photographs are made to a different scale it will be specified next to the photograph.

1. Ordering Information

Surgical instruments manufactured by CHIFA may be ordered via our authorized representatives or directly by CHIFA. To get in touch with CHIFA Representative responsible for your region or Customer Service department please phone +48 61 4420270.

CHIFA surgical instruments are also available in 70 countries worldwide. To get in touch with a CHIFA Representative responsible for your country please phone: +48 61 4420260. Upon ordering, in order to avoid mistakes, please state the product code and description. Should you have any problems concerning CHIFA products or services please advise your representative of the problem or contact CHIFA company directly at the following number: +48 61 4420100.

If you need to return the instruments please contact the representative responsible for your region or the company directly.

2. New Instruments

Newly purchased instruments must be cleaned, lubricated and sterilized in an autoclave directly before use.

3. Customized Instruments

CHIFA may design and manufacture instruments adapted to individual needs of doctors and patients. We have the necessary experience and knowledge as well as a quality system compliant with ISO 9001 and EN 46001 standards, which assure that customized instruments meet the requirements of our clients perfectly.

Our employees will cooperate with you to match the products to your specific needs. Further information on this issue is available from CHIFA at the following phone numbers: +48 61 4420100 or +48 61 4420260.

4. Surface Maintenance

CHIFA surgical instruments are crafted from the finest German stainless steel resistant to corrosion. The steel has been specially selected to meet various requirements in the field of cutting, constricting, retracting and chiseling.

A characteristic property of this type of steel is that it forms passive layers on the instrument's surface, providing protection against corrosion. These layers act as invisible patina and cause that with each application and exposure to air the instruments become more and more corrosion resistant.

Although the manufacturing process incorporates all treatments aimed at providing resistance to corrosion, the real key to the instruments' long service life lies in proper maintenance. It is the users' responsibility to take proper care of the instruments. In a sense, the term „stainless steel" is incorrect and thus cannot be treated literally. If we mistreat stainless steel it may lose its color and start to corrode abridging the instruments' service life or rendering it useless. Below we present guidelines for proper treatment of surgical instruments.

4a. Transport and Storage

All the instruments should be treated with due care during transport, cleaning, maintenance, sterilization and storage. This is especially important with regard to blades, fine tips and other delicate elements. Surgical instruments undergo corrosion and their performance is defective when they come into contact with aggressive substances such as acids or aggressive detergents.

After drying the instruments completely, place them in a dry and clean place. Do not store them in places where chemicals may emit corrosive fumes or where fluctuating temperature of humidity may cause vapor to condense.



on the instruments. Instruments should be stored in dry, clean and humidity-free areas. Instruments should be stored separately in their own primary packaging. If the instruments are kept in a drawer, their tips should be protected by means of cloth, gauze or a special tube.

4b. Proper Use

Instruments are designed for a specific purpose and should be used accordingly. Even the strongest instrument may be damaged if misused, e.g., when nail pliers are used for cutting wire. Using instruments for purposes or in a way differing from that resulting from the name and application may cause damage to the instruments or defects which may lead to serious injury or even death of a patient.

Such use of an instrument causes that the warranty given by CHIFA becomes void.

4c. Cleaning

● *Water and stainless steel*

Ordinary tap water contains minerals which may cause decoloring and corrosion. Therefore, we recommend the use of distilled water for cleaning, disinfecting, sterilizing and rinsing instruments. In order to avoid corrosion use a cleaning solution with a near-neutral pH (7).

● *Ultrasound cleaning*

The ultrasound method is the most effective and efficient method for cleaning surgical instruments. In order to raise the effectiveness first clean the instruments off any visible residue before placing them in the ultrasonic cleaner. Moreover, we recommend following the rules specified below:

- Do not mix in one cycle instruments made of stainless steel and instruments made of carbon steel covered with a galvanizing layer.
- Open all the instruments so that locks and latches are accessible.
- Avoid stacking instruments one over the other during loading.
- Remove and rinse the instruments immediately after cycle end.
- Dry the instruments immediately after rinsing and leave them in open air to dry completely.
- Lubricate all movable parts.

ATTENTION- After ultrasound cleaning perform a careful inspection of the instruments in terms of potential loosening of particular parts, e.g., loose screws.

● *Manual cleaning and soaking*

If ultrasound-cleaning equipment is not available, the instruments should be cleaned very carefully. Special attention should be paid to cleaning locks, teeth, hinges and other difficult to access areas. For cleaning use nylon (not steel) brushes and warm (not hot) cleaning solutions. Follow the manufacturer's instructions while preparing solutions. Change the solution in accordance with the manufacturer's recommendation.

Instruments should be treated with utmost care in order not to damage their delicate tips and mechanisms. If the instruments came into contact with blood, tissue, physiological saline or other foreign substances, they should be rinsed with warm (not hot) water before the substance dries up on the instruments. After rinsing, dip the instrument in a cleaning and disinfecting solution.

The best effects are achieved by cleaning and rinsing the instruments immediately after each application. Delayed cleaning may result in particles sticking to the instruments or secretions drying up making them resistant to cleaning, and in the future difficult or even impossible to sterilize.

Since many chemical compounds and substances have a strong corrosive effect on stainless steel, instruments should be immediately rinsed and dried if they were exposed to any potentially hazardous substances.



4d. Inspection

Before each application check and test the instruments. Visible defects, cracks, deformed elements or blunt blades indicate that the instruments require repair and must not be used.

Inspection of instruments:

The best time to check the condition of the instruments is after cleaning and lubrication, after they have cooled down.

The application of defective instruments is strictly forbidden. Never attempt to repair the instruments on your own. Servicing and repair work should be carried out exclusively by trained and qualified employees of our authorized service point. Questions concerning repair should be reported to the manufacturer.

Upon inspection pay attention to:

- Performance- pliers, forceps and scissors must cut smoothly and close properly. Needle handles and clips must close properly and their tips must meet.
- Surfaces- inspect the surface carefully in search for traces of decoloring, cracks or other irregularities. The most common reasons for decoloring and corrosion include:
 - Improper cleaning
 - Simultaneous sterilization of instruments made of stainless steel and carbon steel covered with a chrome layer.
 - Water contamination.
 - Inadequate or improper preparation and use of improper cleaning, disinfection or maintenance agents.
 - Failure to observe operating procedures for cleaning and sterilization.

4e. Lubrication

After cleaning the instruments and prior to sterilization in an autoclave lubricate all movable parts. If the instruments are to be sterilized in vapor, the use of an authorized water-soluble lubricant is recommended (in accordance with the instructions attached to the instrument).

5. Sterilization

Sterilization guidelines compliant with the relevant national regulations should be adhered to. Proper parameters regarding the sterilization time, temperature and pressure should be taken from the instructions provided by the manufacturer of the sterilization equipment.

● *Lubrication and autoclave sterilization*

All instruments must be properly cleaned before being placed in the autoclave. Next, their movable parts such as locks or hinges should be lubricated thoroughly. Use lubricants recommended in the user's manual enclosed with each CHIFA instrument. Do not use industrial oils. Always sterilize equipment in their open position. It is recommended to wrap the instruments in a cloth and then place them in the container or to spread the cloth on the bottom of the container so that it absorbs humidity. The cloth should be of neutral pH (7) and free of any detergent residue. Before application, leave the instrument to cool down freely to room temperature. Follow the manufacturer's instructions on vapor autoclave operation and loading. Vapor must have free access to all instrument surfaces including inner surfaces, channels and cables.

6. Regeneration Program

Within this program we will repair and renovate CHIFA instruments and other high quality instruments. Our services also include precise sharpening, adjustments, tip replacement and lubrication.

The majority of services are performed within 14 working days. In case of emergency please contact us in advance to arrange a rush service.

Within this program and in line with CHIFA warranty each faulty CHIFA instrument covered by the warranty will be replaced or repaired free of charge. All our service repairs are subject to quality tests and assure correct performance of the functions assigned to specific instruments. You may receive more detailed information about our



Service Repair Program and a current price list by calling +48 61 4420100 or +48 61 4420260.

CHIFA Instruments Treatment Checklist

1. Rinse and soak contaminated instruments immediately after use. Clean thoroughly before sterilizing in an autoclave.
2. During autoclave sterilization instruments should be open.
3. Do not stack the instruments or allow them to come into contact with one another.
4. Follow the instructions provided by equipment and solution manufacturers.
5. Store the instruments properly lubricated.
6. Perform regular instrument inspections.
7. In case of any problems encountered at any stage of the maintenance process contact the CHIFA representative.

Warranty

CHIFA warrants that all its medical instruments are free from defects in material or workmanship. For standard instruments CHIFA grants a 1 year warranty and for hard-insert instruments- 2 years. This warranty supersedes all other warranties, express or implied, including warranty for fitness for a particular use or purpose. The warranty does not apply to the properties of instruments, which may be used up during utilization like: cutting, clamping etc. The user must state the fitness of the medical instruments for a specific surgical procedure. CHIFA shall not be liable for incidental or deliberate damages of any kind caused by its instruments, including those, which were modified or improved by user without prior CHIFA agreement.

The warranty becomes void if repairs are performed by someone else than the authorized CHIFA service personnel.

Service and Repair

Authorized CHIFA Service
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Please state the number of the invoice for the purchased instruments and provide a written description of the problem.

We are keen interested in extending the number of our customers and penetration of new markets. In case you are interested in distributing CHIFA products, please contact us at above mentioned numbers and we will be happy to provide you with all necessary information concerning the possibility and conditions of cooperation, which I hope turn out to be fruitful for both sides.



UMGANG MIT CHIRURGISCHEN INSTRUMENTEN

Alle im Katalog präsentierten Instrumente werden aus Nirostahl hergestellt, wenn nicht anders vermerkt ist. Die Zeichnungen im Katalog wurden im Maßstab 1/1 und die Fotos im Maßstab 1/2 erstellt; im Falle der Verwendung eines anderen Maßstabs bei Fotos wird es am Foto angegeben.

1. Information über die Bestellungsweise

Die durch CHIFA produzierten Instrumente können entweder unter Vermittlung eines autorisierten Vertreters oder direkt bei CHIFA bestellt werden. Wenn Sie Kontakt mit dem Ihre Region betreuenden Vertreter oder CHIFA Customer Service aufnehmen wollen, rufen Sie uns bitte unter der Tel. Nummer +48 61 4420 270 an.

Die Instrumente von CHIFA werden zur Zeit in über 70 Ländern der Welt verkauft. Wenn Sie Kontakt mit dem Ihr Land betreuenden Vertreter aufnehmen wollen, rufen Sie uns bitte unter der Tel. Nummer +48 61 4420 260 an. Um bei der Bestellung die Mißverständnisse zu vermeiden, ist die Artikel Nummer, sowie die Produktbenennung anzugeben.

Sollten Sie ein Problem mit dem Produkt oder der Leistung von CHIFA haben, benachrichtigen Sie bitte unseren Vertreter oder auch unser Haus CHIFA direkt unter der Nummer +48 61 4420 100.

Wenn Sie die Instrumente zurückgeben müssen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem zuständigen Vertreter oder direkt mit dem Haus CHIFA auf.

2. Neue Instrumente

Neu gekaufte Instrumente müssen direkt vor Gebrauch gereinigt, geölt und im Autoklav sterilisiert werden.

3. Instrumente auf individuelle Bestellung

CHIFA bietet Ihnen Instrumente an, die an individuelle Bedürfnisse der Ärzte und der Patienten angepaßt sind. Wir haben Erfahrung und Wissen, bestätigt durch das den Normen ISO 9001 und EN 46001 entsprechende Qualitätssystem. Das Qualitätssystem gewährleistet, daß die Sonderinstrumente genau ihre Funktion entsprechend der Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Unsere Mitarbeiter werden mit Ihnen eng zusammenarbeiten, damit unsere Produkte Ihren konkreten, individuellen Bedürfnissen nachkommen. Mehrere, detaillierte Informationen darüber erhalten Sie bei der Firma CHIFA direkt unter der Tel. Nummer +48 61 4420 100 oder +48 61 4420 260.

4. Pflege der Instrumentenoberfläche

Unsere chirurgischen Instrumente werden aus speziell gewählten, hochwertigen, korrosionsbeständigen und aus Deutschland stammenden nichtrostenden Stählen gefertigt, damit sie die besonderen, differenzierten Anforderungen in solchen Bereichen wie Schneiden, Klemmen, Retraktion und Aufmeißelung erfüllen.

Eine besondere Eigenschaft dieser Stahlsorten ist, daß sie passive, vor Korrosion schützende Schichten auf der Instrumentenoberfläche bilden. Die Schichten wirken wie eine unsichtbare Patina; dies hat zur Folge, daß jeder Gebrauch und jeder Kontakt mit der atmosphärischen Luft die Instrumente korrosionsbeständiger macht.

Obwohl im Produktionsverfahren alle die Korrosionsbeständigkeit sichernde Prozesse ausgeführt werden, ist die richtige Wartung und Pflege der Schlüssel zur Sicherung einer langen Lebensdauer der Instrumente. Es ist die Aufgabe des Benutzers, die Instrumente richtig zu pflegen. In einem gewissen Sinne ist der Begriff „nichtrostend“ trügerisch und darf nicht wörtlich genommen werden. Wenn wir Nirostahl-Instrumente nicht richtig behandeln, können diese verfärben und rosten und damit ihre erwartete Lebensdauer verkürzen. Hiermit beschreiben wir die Grundregeln der richtigen Pflege von chirurgischen Instrumenten.



4a. Transport und Aufbewahrung

Jedes Instrument sollte während des Transportes, der Reinigung, der Wartung, der Sterilisation und während der Aufbewahrung vorsichtig behandelt werden. Besonders wichtig ist es im Falle der Instrumente mit scharfen Klingen, dünnen Spitzen und anderen feinen Elementen. Chirurgische Instrumente korrodieren und ihre Funktion wird mangelhaft, wenn sie mit aggressiven Substanzen wie Säuren oder aggressive Reinigungsmittel Kontakt haben. Nach der vollständigen Trocknung der Instrumente sind sie in einem trockenen und sauberen Platz zu legen. Sie dürfen nicht dort aufbewahrt werden, wo es Chemikaliendünste mit Korrosionswirkung geben kann oder in den Räumlichkeiten, in denen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu einer Feuchtigkeitskondensation auf den Instrumentenoberflächen führen könnten. Die Instrumente sollen in einem sauberen, trockenen und von der Feuchtigkeit freien Platz aufbewahrt werden. Sie sollen auch individuell, in ihren Versandverpackungen aufbewahrt werden. Wenn die Instrumente in einer Schublade aufbewahrt werden, so sind ihre Spitzen/Arbeitsenden mit einem Stück Gewebe oder Mull bzw. mit einer Schutzhülle zu schützen..

4b. Richtige Handhabung

Die Instrumente werden zu einem bestimmten Zweck entworfen und sollten zu diesem Zweck verwendet werden. Auch das stärkste Instrument kann beschädigt werden, wenn es nicht richtig gehandhabt wird, wenn z.B. die Nagelzange zum Drahtschneiden benutzt wird. Andere als in der Benennung enthalten ist oder nicht sachgemäße Verwendung der Instrumente kann zu ihrer Beschädigung führen oder einen Defekt zur Folge haben, der zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tode des Patienten führen kann. Eine unsachgemäße Handhabung der Instrumente hat auch zur Folge, dass die von Chifa erteilte Garantie ausser Kraft gesetzt wird.

4c. Reinigung

● *Wasser und Nirostahl*

Das Leitungswasser enthält Mineralstoffe, die Verfärbung und Rost hervorrufen können. Daher empfehlen wir zur Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Spülung der Instrumente die Verwendung von destilliertem Wasser. Um das Abrosten zu vermeiden, ist eine Reinigungslösung von einem annähernd indifferenten pH (7) zu verwenden.

● *Ultraschallreinigung*

Die Ultraschallmethode ist die effektivste und leistungsfähigste Methode der Reinigung von chirurgischen Instrumenten. Um ihre Effektivität zu steigern, sind alle sichtbaren Überreste auf den Instrumenten vor der Einlage der Instrumente in das Ultraschallgerät zu beseitigen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, folgende Anweisungen zu beachten:

- Die Instrumente aus Nirostahl und aus Kohlenstoffstahl mit galvanischem Überzug sollen nicht gemeinsam in einem Zyklus gereinigt werden.
- Die Instrumente sind zu öffnen, so daß alle Schlussteile und Sperren zugänglich sind.
- Beim Beladen des Gerätes ist die Stauung der Instrumente übereinander zu vermeiden.
- Unverzüglich nach Abschluß des Zyklus sind die Instrumente aus dem Gerät herauszunehmen und zu spülen.
- Nach dem Spülen sind die Instrumente unverzüglich zu trocknen, anschließend lassen Sie die Instrumente in der atmosphärischen Luft vollständig austrocknen.
- Alle beweglichen Elemente müssen eingeölt werden.

ACHTUNG! Nach der Ultraschallreinigung ist eine sorgfältige Prüfung der Instrumente hinsichtlich der eventuellen Lockerung ihrer Bestandteile z.B. Schrauben vorzunehmen.



● *Manuelle Reinigung und Spülung*

Soweit die Geräte zur Ultraschallreinigung nicht zur Verfügung stehen, sind die Instrumente sehr sorgfältig zu reinigen. Besondere Aufmerksamkeit ist den Schlussteilen, Zähnchen, Scharnieren und anderen schwer zugänglichen Bereichen zu widmen. Es sind Nylon-Bürsten (keine Stahlbürsten) und warme (nicht heiße) Reinigungslösungen zu verwenden. Bei der Vorbereitung der Lösungen sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Die Lösung ist gemäß der Anweisung des Herstellers zu wechseln.

Die Instrumente sind sehr behutsam zu behandeln, damit ihre feinen Spitzen und Mechanismen nicht beschädigt werden. Soweit die Instrumente mit Blut, Gewebe, physiologischem Salz oder anderen Fremdstoffen Kontakt hatten, sind sie im warmen (nicht heißen) Wasser zu spülen, bevor sie auf den Instrumenten eingetrocknet sind. Nach dem Spülen sind die Instrumente in der Reinigungs- und Desinfektionslösung einzutauchen.

Beste Ergebnisse erreichen Sie, wenn Sie die Instrumente nach jedem Gebrauch sofort reinigen und spülen. Eine Verzögerung bei der Reinigung kann zur Folge haben, daß die Materialteilchen an Instrumenten haften bleiben oder daß die Sekretstoffe eintrocknen und gegen Reinigung resistent werden und in Zukunft die Sterilisation erschweren oder sogar unmöglich machen.

Da viele chemischen Zusammensetzung und Substanzen auf Nirostahl stark korrodierend einwirken, sind die Instrumente nach einem Kontakt mit jeglichen, potenziell schädlichen Substanzen unverzüglich zu spülen und zu trocknen.

4d. Inspektion

Vor jedem Gebrauch sind die Instrumente zu prüfen und zu testen. Sichtbare Beschädigungen, entstandene Risse, verunstaltete Bestandteile und stumpfe Schneiden bedeuten, daß die Instrumente einer Reparatur bedürfen und nicht zu verwenden sind.

Prüfung der Instrumente:

Der beste Zeitpunkt zur Inspektion der Instrumente ist die Zeit nach der Reinigung und Schmierung der Instrumente und nach ihrer Abkühlung.

Beschädigte Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden. Man soll nicht versuchen, die Instrumente selbständig zu reparieren. Die Wartung und die Reparaturen der Instrumente sind ausschließlich durch ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter des autorisierten CHIFA-Technischen Service vorzunehmen. Reparatur betreffende Fragen sind direkt an den Hersteller zu stellen.

Bei der Inspektion ist die Aufmerksamkeit insbesondere folgenden Fragen zu widmen:

- Funktion – Zangen und Scheren müssen glatt schneiden und richtig schließen. Nadelhalter und Klemmen müssen richtig schließen und ihre Endungen müssen ideal aufeinanderkommen.
- Oberflächen – die Oberflächen sind sorgfältig auf Verfärbung, Risse und andere Unregelmäßigkeiten zu prüfen. Die am häufigsten vorkommenden Ursachen der Verfärbung und des Rostes sind:
 - nicht geeignete Reinigung
 - gleichzeitige Sterilisation von Instrumenten aus Nirostahl und Kohlenstoffstahl mit Chromüberzug
 - Wasserverschmutzung
 - nicht geeignete oder nicht korrekte Vorbereitung oder Anwendung von nicht geeigneten Reinigungs-, Desinfektions- oder Konservierungslösungen
 - Nichtbeachtung der Vorgangsvorgaben betreffend Reinigung und Sterilisation.



4e. Schmieren

Nach der Reinigung der Instrumente und vor der Sterilisation im Autoklav sind alle beweglichen Teile einzuölen. Soweit die Instrumente mit Dampf sterilisiert werden sollen, sind die wasserlöslichen autorisierten Schmierstoffe zu verwenden (entsprechend der den Instrumenten beigefügten Gebrauchsanweisung).

5. Sterilisation

Es sind die in dem jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften über die Sterilisation anzuwenden. Entsprechende Parameter über die Zeit der Sterilisation, die Temperatur und den Druck sind der Gebrauchsanweisung des Herstellers des Sterilisationsgerätes zu entnehmen.

- *Schmieren und Sterilisation im Autoklav.*

Alle Instrumente müssen vor der Einlage in den Autoklav entsprechend gereinigt werden. Anschließend sollten die beweglichen Elemente wie Schlussteile oder Scharniere gut eingeölt werden. Zu diesem Zweck sind die Schmierstoffe, die in der Gebrauchsanweisung der von CHIFA hergestellten Instrumente empfohlen werden, anzuwenden. Es dürfen keine Industrieöle verwendet werden. Die Instrumente sollen immer im geöffneten Zustand sterilisiert werden. Wir empfehlen, daß die Instrumente in ein Stück Gewebe eingewickelt und erst dann in den Behälter eingelegt werden oder, daß ein Stück Gewebe unten im Behälter liegt, um Feuchtigkeit aufzunehmen. Das Gewebe sollte den indifferenten pH (7) und keine Überreste von Detergenzien haben.

Vor Gebrauch müssen wir eine bestimmte Zeit abwarten, damit die Instrumente auf die normale Zimmertemperatur erkalten können.

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Sterilisationsgerätes ist bei der Bedienung und beim Beladen des Dampfautoklavs unbedingt zu beachten. Der Dampf muß direkten Zugang zu allen Oberflächen der zu sterilisierenden Instrumente haben, unter Berücksichtigung der inneren Oberflächen, Kanäle und Leitungen.

6.Reparaturprogramm

Im Rahmen dieses Programms reparieren und rennovieren wir CHIFA- und andere hochwertige Instrumente. Wir bieten auch folgende Dienstleistungen an: präzises Schärfen, Regulierung, Austausch der Endungen und Schmieren.

Die meisten Reparaturen werden innerhalb von 14 Werktagen ausgeführt. Soweit Sie unsere Hilfe sofort brauchen, rufen Sie uns bitte an und wir vereinbaren einen schnelleren Reparaturtermin.

Im Rahmen dieses Programms und entsprechend unseren Garantiebedingungen wird jedes mangelhaftes Instrument, das die Garantie von CHIFA hat, kostenlos ausgetauscht oder repariert. Alle Service-Reparaturen unterliegen strengen Qualitätskontrollen und gewährleisten richtige Erfüllung der den Instrumenten vorgeschriebenen Funktionen.

Weitere Information über unser Programm der Service-Reparaturen, sowie eine aktuelle Preisliste erhalten Sie, wenn Sie uns unter einer der unten angegebenen Tel.Nummern anrufen:

+48 61 4420 100 oder +48 61 4420 260.

Checkliste des Umgangs mit den von CHIFA hergestellten Instrumenten

1. Die verschmutzten Instrumente sind sofort nach Gebrauch zu spülen und einzuweichen. Die Instrumente sind vor der Sterilisation im Autoklav zu reinigen.
2. Während der Sterilisation im Autoklav müssen die Instrumente im geöffneten Zustand sein.
3. Die Instrumente dürfen weder aufeinander liegen noch sich gegenseitig berühren.
4. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller von Geräten und Lösungen sind unbedingt zu beachten.
5. Die Instrumente sind entsprechend eingeölt aufzubewahren.
6. Die Inspektion der Instrumente ist regelmäßig vorzunehmen.
7. Soweit bei der Wartung und Pflege der Instrumente Probleme auftreten, ist mit dem CHIFA-Vertreter Kontakt



aufzunehmen.

Gewährleistung

CHIFA gewährleistet, daß ihre medizinischen Instrumente frei von jeglichen Material- und Fertigungsfehlern sind. CHIFA erteilt standardmäßig für alle von ihr hergestellten Instrumente eine 1-jährige Garantie und für die Instrumente, die mit einem Hartmetall-Plättchen ausgestattet sind, eine 2-jährige Garantie. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, die direkt oder indirekt erteilt werden, unter Berücksichtigung der Garantie der allgemeinen Verwendung oder der Eignung für konkrete Zwecke.

Die Garantie betrifft nicht diese Instrumentenfunktionen, die durch den normalen Verschleiss bestimmter Instrumententeile im Laufe der Zeit verschlechtert oder unwirksam werden wie z.B. das Schneiden oder das Fassen.. Die Feststellung der Eignung einzelner medizinischer Instrumente für den jeweiligen chirurgischen Ablauf hängt vom Benutzer ab. CHIFA haftet nicht für zufällige oder absichtliche Beschädigungen jeglicher Art., sowie für Modifikationen und Verbesserungen jeglicher Art., die vom Benutzer vorgenommen werden, ohne darüber Chifa zu informieren. Eine Reparatur der Instrumente, die ausserhalb des autorisierten CHIFA-Technischen Services ausgeführt wird, hat ebenfalls zur Folge, daß die Gültigkeit dieser Garantie außer Kraft gesetzt wird.

Service und Reparatur

Autorisierter CHIFA-Technischer Service
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Bitte geben Sie immer die Nummer der Einkaufsrechnung für die Instrumente an und übersenden sie uns schriftlich die Problembeschreibung.


Wir konzentrieren uns auf die Eroberung der neuen Absatzmärkte. Wenn Sie am Verkauf der CHIFA-Instrumente Interesse haben, rufen Sie uns an (+48 61 44 20 260). Mit Vergnügen werden wir Ihnen unsere Voraussetzungen für solch eine Zusammenarbeit mitteilen. Hoffentlich wird diese Zusammenarbeit für beide Seiten erfolgreich sein.

NOŻYCZKI
SCHEREN
SCISSORS

W załączeniu przekazujemy zakualizowany katalog nożyczek, gdzie symbolem  zaznaczyliśmy wszystkie nowości jakie pojawiły się w ostatnim czasie, Mamy nadzieję, że ta oferta będzie dla Państwa interesująca.

Enclosed please find the updated scissors catalogue, where with the following sign  we marked all new products, which were introduced into our offering recently. We hope that they will draw you attention.

Anbei übergeben wir Ihnen ein neues Scherenkatalog, wo mit dem folgenden Zeichen  wir alle neue Modelle gekennzeichnet haben. Wir hoffen, daß Sie das Angebot interessant finden.



NO-050-110-PMK NO-050-110-ZMK

11 cm, 4 3/8"

końce ostre
spitz
sharp

1/2




NO-051-110-PMK NO-051-110-ZMK

11 cm, 4 3/8"

końce ostre
spitz
sharp

1/2




NO-052-110-PMK NO-052-110-ZMK

11 cm, 4 3/8"

końce ostre
spitz
sharp

1/2



NO-053-110-PMK NO-053-110-ZMK

11 cm, 4 3/8"

1/2



NO-055-115-KMK

11,5 cm, 4 1/2"

końce ostre
spitz
sharp

1/2



NH-033-901-KMS

11,5 cm, 4 1/2"

1/2





NH-153-115-ZMS

11,5 cm, 4 1/2"

1/2







COTTLE-MISING



NH-023-105-ZMS

10,5 cm, 4 1/4"

końce tępe
stumpf
blunt



COTTLE-MISING



NH-024-105-ZMS

10,5 cm, 4 1/4"

końce ostre
spitz
sharp



NS-010-115-PMK

11,5 cm, 4 1/2"

1/2



NS-010-115-ZMK

11,5 cm, 4 1/2"

końce tępe
stumpf
blunt



NS-011-115-PMK

11,5 cm, 4 1/2"

1/2



NS-011-115-ZMK

11,5 cm, 4 1/2"

końce ostre
spitz
pointed



NH-020-115-ZMS

11,5 cm, 4 1/2"

1/2



NH-004-115-PMS







11,5 cm, 4 1/2"

1/2



NH-004-115-ZMS

11,5 cm, 4 1/2"



NS-013-110-PMK

11 cm, 4 3/8"



NH-210-115-ZMK

11,5 cm, 4 1/2"




FOMON



NH-908-120-PZMS

12 cm, 4 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted



NH-910-110-PZMS

12 cm, 4 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted




NO-950-110-PZGS

NO-950-110-ZZGS

11 cm, 4 3/8"

końce ostre / spitz / sharp

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted




NO-951-110-PZGS

NO-951-110-ZZGS

11 cm, 4 3/8"

końce ostre / spitz / sharp

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted





STANDARD



NH-279-130-EPMK
13 cm, 5 1/8"



NH-279-130-EZMK
13 cm, 5 1/8"



NH-279-145-EPMK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-279-145-EZMK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-279-165-PMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-279-165-ZMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-079-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NH-079-185-ZMK
18,5 cm, 7 1/4"



STANDARD



NH-281-130-PMK
13 cm, 5 1/8"



NH-281-130-ZMK
13 cm, 5 1/8"



NH-281-145-EPK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-281-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-281-165-PMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-281-165-ZMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-081-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NH-081-185-ZMK
18,5 cm, 7 1/4"



STANDARD



NH-280-130-PMK
13 cm, 5 1/8"



NH-280-130-EZMK
13 cm, 5 1/8"



NH-280-145-EPMK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-280-145-EZMK
14,5 cm, 5 3/4"



NH-280-165-PMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-280-165-ZMK
16,5 cm, 6 1/2"



NH-080-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NH-080-185-ZMK
18,5 cm, 7 1/4"




NH-058-145-PB
14,5 cm, 5 3/4"

1/2



NH-071-140-PGS
14 cm, 5 1/2"

1/2



NH-071-140-ZGS
14 cm, 5 1/2"



NH-072-140-PGS
14 cm, 5 1/2"

1/2



NH-072-140-ZGS
14 cm, 5 1/2"





NH-089-155-PMK
15,5 cm, 6 1/8"

1/2



NH-089-155-ZMK
15,5 cm, 6 1/8"







NH-379-145-PZC
14,5 cm, 5 3/4"

NH-379-145-ZZC
14,5 cm, 5 3/4"



NH-480-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"

NH-480-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



dla leworęcznych
für Linkshänder
for left handed



NH-479-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"

NH-479-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



dla leworęcznych
für Linkshänder
for left handed



NH-481-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"

NH-481-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



dla leworęcznych
für Linkshänder
for left handed



NH-979-130-PZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-979-130-ZZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-979-145-PZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-979-145-ZZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-979-165-PZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-979-165-ZZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-979-185-PZGS
18,5 cm, 7 1/4"



NH-980-130-PZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-980-130-ZZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-980-145-PZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-980-145-ZZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-980-165-PZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-980-165-ZZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-980-185-PZGS
18,5 cm, 7 1/4"



NH-981-130-PZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-981-130-ZZGS
13 cm, 5 1/8"



NH-981-145-PZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-981-145-ZZGS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-981-165-PZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-981-165-ZZGS
16,5 cm, 6 1/2"



NH-981-185-PZGS
18,5 cm, 7 1/4"



NH-924-145-PZMS
14,5 cm, 5 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted

1/2



NH-928-145-PZMS
14,5 cm, 5 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted

1/2



MAYO



NH-078-140-PMK
14 cm, 5 1/2"




NH-078-140-ZMK
14 cm, 5 1/2"



NH-078-170-PMK
17 cm, 6 3/4"



NH-078-170-ZMK
17 cm, 6 3/4"





LEXER

NN-087-165-PMK
16,5 cm, 6 1/2"



NN-087-165-ZMK
16,5 cm, 6 1/2"



MEYO-LEXER

NN-088-165-ZMK
16,5 cm, 6 1/2"



COTTLE

NH-178-170-ZMK
17 cm, 6 3/4"




FOMON

NH-021-145-PMS
14,5 cm, 5 3/4"





NH-953-170-ZZMS
17 cm, 6 3/4"



NH-953-171-ZZMS
17 cm, 6 3/4"



NN-027-165-PMS
16,5 cm, 6 1/2"



MAYO



NH-978-140-PZGS
14 cm, 5 1/2"



NH-978-140-ZZGS
14 cm, 5 1/2"



NH-978-170-PZGS
17 cm, 6 3/4"



NH-978-170-ZZGS
17 cm, 6 3/4"



1/2




NH-977-230-PZGS
23 cm, 9"



NH-977-230-ZZGS
23 cm, 9"

MAYO-HARRINGTON



NH-950-140-PZMS
14 cm, 5 1/2"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted



NH-952-170-PZMS
17 cm, 6 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted



NH-955-160-PZGS
16 cm, 6 1/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted





SIMS



NH-086-200-PMK
20 cm, 8"



NH-086-200-ZMK
20 cm, 8"



NH-086-230-PMK
23 cm, 9"



NH-086-230-ZMK
23 cm, 9"



SIMS



NH-085-200-PMK
20 cm, 8"



NH-085-200-ZMK
20 cm, 8"



NH-085-230-PMK
23 cm, 9"



NH-085-230-ZMK
23 cm, 9"



NH-087-901-PMK
20 cm, 8"

1/2

SIMS



NH-708-210-ZMS
21 cm, 8 1/4"

1/2


SIMS



NH-721-200-PMS
20 cm, 8"

1/2

SIMS



NH-723-230-PMS
23 cm, 9"

1/2

SIMS



SIMS

1/2



NH-726-200-PMS

20 cm, 8"



SIMS

1/2



NH-741-200-ZMS

20 cm, 8"



SIMS

1/2



NH-743-230-ZMS

23 cm, 9"




SIMS

1/2



NH-746-200-ZMS

20 cm, 8"



NH-748-230-ZMS
23 cm, 9"

SIMS



NH-762-250-PMS
25 cm, 9 7/8"

SIMS-SIEBOLD



NH-156-150-PMS
15 cm, 6"



NH-156-150-ZMS
15 cm, 6"



NN-248-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"



NN-633-180-PMS
18 cm, 7"





NN-635-180-ZMS
18 cm, 7"

TOENNIS


$\frac{1}{2}$



NH-006-150-PMS
15 cm, 6"

JOSEPH


$\frac{1}{2}$



NH-006-150-ZMS
15 cm, 6"



NH-634-180-PMS
18 cm, 7"




NH-054-130-ZMK
13 cm, 5 1/8"

KILNER

$\frac{1}{2}$



NH-034-145-PMS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-055-160-PMK
16 cm, 6 1/4"

NH-055-160-ZMK
16 cm, 6 1/4"

KELLY



NH-056-245-ZMS
24,5 cm, 9 3/4"
SATINSKY



NH-640-230-ZMS
23 cm, 9"
KLINKENBERGH-LOTH



NH-595-250-PMS

25 cm, 9 7/8"


RESANO



NH-760-245-ZMS

24,5 cm, 9 3/4"


SIEBOLD



NH-761-220-UMS

22 cm, 8 3/4"

BOZEMANN



NH-702-145-ZMS
14,5 cm, 5 3/4"

WERTHEIM



NH-703-200-ZMS
20 cm, 8"

WERTHEIM



NH-704-230-ZMS
23 cm, 9"
WERTHEIM





NH-503-130-PMS
13 cm, 5 1/8"



NH-504-145-PMS
14,5 cm, 5 3/4"



NH-506-165-PMS
16,5 cm, 6 1/2 "



NH-076-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NH-835-155-EPMS
15,5 cm, 6 1/8"



$\frac{1}{2}$

NH-838-180-EPMS
18 cm, 7"



$\frac{1}{2}$

NH-830-180-EPMS
18 cm, 7"




LISTER



NH-074-145-PMK
14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "



NH-074-180-PMK
18 cm, 7"



NS-110-115-PMK
11,5 cm, 4 1/2"



LITTAUER
NH-067-135-PMS
13,5 cm, 5 1/4"



NN-984-185-ZZGS
18,5 cm, 7 1/4"

ostrza napawane stelitem
Hartmetall-Schneiden
stellite-padded



NH-065-135-PMK
13,5 cm, 5 1/4"



NH-068-090-PMS
9 cm, 3 1/2"



NH-069-115-PMS
11,5 cm, 4 1/2"



ESMARCH

NH-075-200-PMK
20 cm, 8"




ESMARCH

NH-175-901-PB
23 cm, 9"




BERGMANN

NH-093-230-PB
23 cm, 9"



NH-092-235-PB
23,5 cm, 9 1/4"





NH-094-235-PB
23,5 cm, 9 1/4"

1/2

BRUNS




NH-073-210-PMK
21 cm, 8 1/4"

1/2



NH-548-160-PMS
16 cm, 6 1/4"

1/2



1/2

NH-095-130-PMK
13 cm, 5 1/8"

Nożyczki do drenów
Schlauch-Scheren
Tubing Scissors



HEYMANN-KNIGHT



NN-051-160-KMS
16 cm, 6 1/4"

1/2



NN-046-230-PMS
23 cm, 9"




OLIVECRONA

1/2



NS-014-230-PMK
23 cm, 9"

1/2





METZENBAUM

NN-148-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"



NN-148-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



delikatne
Feine
Delicate



METZENBAUM


NN-247-145-PMK
14,5 cm, 5 3/4"



NN-247-145-ZMK
14,5 cm, 5 3/4"



ostre
spitz
sharp





NN-029-150-ZMS
15 cm, 6"

$\frac{1}{2}$



NN-050-125-ZMS
12,5 cm, 5"

KILNER



NN-050-150-ZMS
15 cm, 6"



NN-572-170-PMS
17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "

$\frac{1}{2}$

MAYO-STILLE





METZENBAUM



NN-085-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NN-085-185-ZMK
18,5 cm, 7 1/4"



NN-085-200-PMK
20 cm, 8"



NN-085-200-ZMK
20 cm, 8"



METZENBAUM



NN-185-160-PMK
16 cm, 6 1/4"



NN-185-160-ZMK
16 cm, 6 1/4"



NN-185-185-PMK
18,5 cm, 7 1/4"



NN-185-185-ZMK
18,5 cm, 7 1/4"

delikatne
Feine
Delicate



NH-084-240-PMK
24 cm, 9 1/2"



NH-084-240-ZMK
24 cm, 9 1/2"



NELSON-METZENBAUM



NN-084-230-PMS
23 cm, 9"



NN-084-230-ZMS
23 cm, 9"



NN-084-250-PMS
25 cm, 10"

NN-084-250-ZMS
25 cm, 10"

NN-084-280-PMS
28 cm, 11"

NN-084-280-ZMS
28 cm, 11"

NELSON-METZENBAUM



NN-083-280-ZMS
28 cm, 11"

WELLER



NN-084-350-ZMS
35 cm, 13 3/4"

NELSON-METZENBAUM



NN-084-305-PMS
30,5 cm, 12"

NELSON-METZENBAUM



NN-084-305-ZMS
30,5 cm, 12"

NELSON-METZENBAUM



NN-385-185-PZC
 18,5 cm, 7 1/4"

NN-385-185-ZZC
 18,5 cm, 7 1/4"


METZENBAUM
 super cut



NN-348-145-PZC
 14,5 cm, 5 3/4"

NN-348-145-ZZC
 14,5 cm, 5 3/4"

METZENBAUM
 super cut



NN-947-145-ZZGS
 14,5 cm, 5 3/4"

Nożyczki do szwów
 Ligaturscheren
 Ligature scissors

ostrza napawane stelitem
 Hartmetall-Schneiden
 stellite-padded



NN-948-145-PZGS
 14,5 cm, 5 3/4"

NN-948-145-ZZGS
 14,5 cm, 5 3/4"


METZENBAUM

ostrza napawane stelitem
 Hartmetall-Schneiden
 stellite-padded



NN-960-145-PZMS
14,5 cm, 5 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted



NN-962-180-PZMS
18 cm, 7"



NN-962-180-ZZMS
18 cm, 7"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted



METZENBAUM

NN-985-185-PZGS
18,5 cm, 7 1/4"

NN-985-185-ZZGS
18,5 cm, 7 1/4"

ostrza napawane stelittem
Hartmetall-Schneiden
stellite-padded




METZENBAUM

NN-958-145-PZMS
14,5 cm, 5 3/4"

NN-958-145-ZZMS
14,5 cm, 5 3/4"

ostrza z twardą wkładką
klingen mit hm-einlage
TC-inserted





SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

NH-004-115-PMS	3	NH-078-170-ZMK	16	NH-210-115-ZMK	5
NH-004-115-ZMS	3	NH-079-185-PMK	6	NH-279-130-EPMK	6
NH-006-150-PMS	27	NH-079-185-ZMK	6	NH-279-130-EZMK	6
NH-006-150-ZMS	27	NH-080-185-PMK	8	NH-279-145-EPMK	6
NH-015-140-ZMS	38	NH-080-185-ZMK	8	NH-279-145-EZMK	6
NH-020-115-ZMS	3	NH-081-185-PMK	7	NH-279-165-PMK	6
NH-021-145-PMS	18	NH-081-185-ZMK	7	NH-279-165-ZMK	6
NH-022-105-PMS	4	NH-084-240-PMK	44	NH-280-130-EZMK	8
NH-023-105-ZMS	3	NH-084-240-ZMK	44	NH-280-130-PMK	8
NH-024-105-ZMS	3	NH-085-200-PMK	22	NH-280-145-EPMK	8
NH-033-901-KMS	1	NH-085-200-ZMK	22	NH-280-145-EZMK	8
NH-034-145-PMS	28	NH-085-230-PMK	22	NH-280-165-PMK	8
NH-054-130-ZMK	27	NH-085-230-ZMK	22	NH-280-165-ZMK	8
NH-055-160-PMK	28	NH-086-200-PMK	22	NH-281-130-PMK	7
NH-055-160-ZMK	28	NH-086-200-ZMK	22	NH-281-130-ZMK	7
NH-056-245-ZMS	28	NH-086-230-PMK	22	NH-281-145-EPMK	7
NH-058-145-PB	9	NH-086-230-ZMK	22	NH-281-145-ZMK	7
NH-062-145-PMK	17	NH-087-901-PMK	23	NH-281-165-PMK	7
NH-065-135-PMK	33	NH-089-155-PMK	9	NH-281-165-ZMK	7
NH-067-135-PMS	33	NH-089-155-ZMK	9	NH-378-140-PZC	11
NH-068-090-PMS	33	NH-090-155-PMK	10	NH-378-140-ZZC	11
NH-069-115-PMS	33	NH-090-155-ZMK	10	NH-378-170-PZC	11
NH-071-140-PGS	9	NH-091-155-PMK	10	NH-378-170-ZZC	11
NH-071-140-ZGS	9	NH-091-155-ZMK	10	NH-379-145-PZC	12
NH-072-140-PGS	9	NH-092-235-PB	34	NH-379-145-ZZC	12
NH-072-140-ZGS	9	NH-093-230-PB	34	NH-380-145-PZC	11
NH-073-210-PMK	35	NH-094-235-PB	35	NH-380-145-ZZC	11
NH-074-145-PMK	32	NH-095-130-PMK	35	NH-381-145-PZC	11
NH-074-180-PMK	32	NH-144-130-PMS	10	NH-381-145-ZZC	11
NH-075-200-PMK	34	NH-145-130-ZMS	10	NH-479-145-PMK	12
NH-076-185-PMK	31	NH-153-115-ZMS	1	NH-479-145-ZMK	12
NH-077-230-PMK	17	NH-156-150-PMS	26	NH-480-145-PMK	12
NH-077-230-ZMK	17	NH-156-150-ZMS	26	NH-480-145-ZMK	12
NH-078-140-PMK	16	NH-175-901-PB	34	NH-481-145-PMK	12
NH-078-140-ZMK	16	NH-178-170-ZMK	18	NH-481-145-ZMK	12
NH-078-170-PMK	16	NH-180-165-ZMK	10	NH-503-130-PMS	31

NH-504-145-PMS	31	NH-978-140-PZGS	20	NN-026-135-ZMS	40
NH-506-165-PMS	31	NH-978-140-ZZGS	20	NN-027-165-PMS	19
NH-548-160-PMS	35	NH-978-170-PZGS	20	NN-029-150-ZMS	41
NH-570-140-PMS	17	NH-978-170-ZZGS	20	NN-046-230-PMS	37
NH-573-140-ZMS	17	NH-979-130-PZGS	13	NN-048-145-PMK	40
NH-595-250-PMS	29	NH-979-130-ZZGS	13	NN-048-145-ZMK	40
NH-634-180-PMS	27	NH-979-145-PZGS	13	NN-049-150-PMK	38
NH-640-230-ZMS	28	NH-979-145-ZZGS	13	NN-049-150-ZMK	38
NH-702-145-ZMS	30	NH-979-165-PZGS	13	NN-050-125-ZMS	41
NH-703-200-ZMS	30	NH-979-165-ZZGS	13	NN-050-150-ZMS	41
NH-704-230-ZMS	30	NH-979-185-PZGS	13	NN-051-160-KMS	36
NH-708-210-ZMS	23	NH-980-130-PZGS	14	NN-083-280-ZMS	45
NH-721-200-PMS	23	NH-980-130-ZZGS	14	NN-084-230-PMS	44
NH-723-230-PMS	23	NH-980-145-PZGS	14	NN-084-230-ZMS	44
NH-726-200-PMS	24	NH-980-145-ZZGS	14	NN-084-250-PMS	44
NH-741-200-ZMS	24	NH-980-165-PZGS	14	NN-084-250-ZMS	44
NH-743-230-ZMS	24	NH-980-165-ZZGS	14	NN-084-280-PMS	44
NH-746-200-ZMS	24	NH-980-185-PZGS	14	NN-084-280-ZMS	44
NH-748-230-ZMS	25	NH-981-130-PZGS	15	NN-084-305-PMS	46
NH-760-245-ZMS	29	NH-981-130-ZZGS	15	NN-084-305-ZMS	46
NH-761-220-UMS	29	NH-981-145-PZGS	15	NN-084-350-ZMS	45
NH-762-250-PMS	25	NH-981-145-ZZGS	15	NN-085-185-PMK	43
NH-830-180-EPMS	32	NH-981-165-PZGS	15	NN-085-185-ZMK	43
NH-835-155-EPMS	31	NH-981-165-ZZGS	15	NN-085-200-PMK	43
NH-838-180-EPMS	32	NH-981-185-PZGS	15	NN-085-200-ZMK	43
NH-908-120-PZMS	5	NN-008-115-PMS	4	NN-087-165-PMK	18
NH-910-110-PZMS	5	NN-008-115-ZMS	4	NN-087-165-ZMK	18
NH-924-145-PZMS	16	NN-010-115-PMS	4	NN-088-165-ZMK	18
NH-928-145-PZMS	16	NN-010-115-ZMS	4	NN-089-150-PMS	17
NH-950-140-PZMS	21	NN-017-140-ZMS	40	NN-089-150-ZMS	17
NH-952-170-PZMS	21	NN-020-115-PMS	4	NN-148-145-PMK	39
NH-953-170-ZZMS	19	NN-020-115-ZMS	4	NN-148-145-ZMK	39
NH-953-171-ZZMS	19	NN-022-145-PMS	40	NN-185-160-PMK	43
NH-955-160-PZGS	21	NN-022-145-ZMS	40	NN-185-160-ZMK	43
NH-977-230-PZGS	20	NN-025-115-UMS	38	NN-185-185-PMK	43
NH-977-230-ZZGS	20	NN-026-135-PMS	40	NN-185-185-ZMK	43

NN-247-145-PMK	39
NN-247-145-ZMK	39
NN-248-145-PMK	26
NN-348-145-PZC	47
NN-348-145-ZZC	47
NN-385-185-PZC	47
NN-385-185-ZZC	47
NN-572-170-PMS	41
NN-628-150-ZMS	42
NN-629-175-ZMS	42
NN-630-175-ZMS	42
NN-631-175-ZMS	42
NN-633-180-PMS	26
NN-635-180-ZMS	27
NN-947-145-ZZGS	47
NN-948-145-PZGS	47
NN-948-145-ZZGS	47
NN-956-115-PZMS	2
NN-958-145-PZMS	49
NN-958-145-ZZMS	49
NN-960-145-PZMS	48
NN-962-180-PZMS	48
NN-962-180-ZZMS	48
NN-966-230-PZMS	50
NN-970-180-PZMS	50
NN-970-180-ZZMS	50
NN-974-200-PZMS	50
NN-976-230-PZMS	50
NN-984-185-ZZGS	33
NN-985-185-PZGS	49
NN-985-185-ZZGS	49
NO-050-110-PMK	1
NO-050-110-ZMK	1
NO-051-110-PMK	1
NO-051-110-ZMK	1
NO-052-110-PMK	1

NO-052-110-ZMK	1
NO-053-110-PMK	1
NO-053-110-ZMK	1
NO-054-110-PMK	2
NO-054-110-ZMK	2
NO-055-115-KMK	1
NO-056-110-PMK	2
NO-056-110-ZMK	2
NO-350-110-PZC	2
NO-350-110-ZZC	2
NO-351-110-PZC	2
NO-351-110-ZZC	2
NO-451-110-PMK	2
NO-451-110-ZMK	2
NO-550-110-PMK	4
NO-550-110-ZMK	4
NO-551-110-PMK	4
NO-551-110-ZMK	4
NO-950-110-PZGS	5
NO-950-110-ZZGS	5
NO-951-110-PZGS	5
NO-951-110-ZZGS	5
NS-010-115-PMK	3
NS-010-115-ZMK	3
NS-011-115-PMK	3
NS-011-115-ZMK	3
NS-013-110-PMK	5
NS-014-230-PMK	37
NS-110-115-PMK	33



ATS | Aesculap Technical Service

DZIAŁ REGENERACJI INSTRUMENTÓW CHIRURGICZNYCH

Oferujemy wszechstronny zakres napraw i regeneracji wszystkich narzędzi objętych naszym programem, jak również narzędzi pochodzących od innych – dobrych pod względem jakości – producentów, by umożliwić szpitalom i innym ośrodkom medycznym w Polsce zachowanie swych narzędzi w stanie funkcjonalnym i nadającym się do długiej pracy.

Dział Regeneracji jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 i EN 46001, a ponadto wszystkie procesy produkcyjne są zgodne z przepisami FDA, co stanowi gwarancję dobrego wykonania usługi regeneracji.

CHIFA gwarantuje pełen zakres regeneracji na najwyższym poziomie w zakresie takich grup instrumentów jak:

- chirurgia ogólna,
- chirurgia kostna,
- ginekologia,
- laryngologia,
- mikrochirurgia,
- ortodoncja,
- stomatologia,
- weterynaria

Ceny za usługę oparte są na indywidualnej kalkulacji biorącej pod uwagę zużycie instrumentu. Koszty naprawy wahają się od 10% do 30% wartości nowych narzędzi.

Zespół Działu Regeneracji składa się z osób, które nabyły swoje praktyczne doświadczenie w naszej fabryce i są w stanie naprawiać wszystkie rodzaje narzędzi. Są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

ATS – Dział Regeneracji ściśle współpracuje z wydziałami produkcyjnymi CHIFY, co zapewnia wymianę wiedzy praktycznej i doświadczenia produkcyjnego.

Obecnie ATS oferuje konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji usług zgodnie z nową koncepcją logistyczną.

Naszym celem jest pełne zadowolenie naszych klientów poprzez oferowanie najlepszego wyrobu i najwyższej jakości usług. Dlatego jesteśmy w nieustannym kontakcie z wieloma uznanymi w całym świecie praktykami, by zrozumieć ich potrzeby i aby konsultować nasze osiągnięcia technologiczne z ich kreatywnymi wymogami.

Program zaprojektowany jest tak, by zapewnić Waszym instrumentom optymalne funkcjonowanie.

Jakie korzyści możecie zyskać poddając Wasze narzędzia regeneracji w ATS?

- za umiarkowaną cenę utrzymujecie Wasze instrumenty w optymalnym stanie, podobnym do nowego, pozwalającym na ich dalsze bezpieczne użytkowanie
- wysokiej jakości usługę regeneracji gwarantującą przedłużony okres użytkowania i właściwe funkcjonowanie Waszego instrumentarium, co powoduje, że oszczędzacie na Waszych kosztach zakupu
- w razie, gdy przesłane przez Was instrument nie nadaje się do naprawy, proponujemy Wam zakup nowego produktu na korzystnych warunkach
- bliskie powiązanie pomiędzy Wami, a CHIFĄ wahać – jej działami sprzedaży-zmierzające do długotrwałej i wzajemnie korzystnej współpracy
- możliwość podpisania umowy serwisowej, gwarantującej przejrzyste warunki cenowe, które umożliwiają Wam zaplanowanie Waszego budżetu
- dotrzymanie ustalonych terminów od daty przekazania narzędzi do realizacji usługi dzięki nowej koncepcji logistycznej
- gwarancje na naprawione instrumenty
- możecie Państwo zlecić naszej firmie przegląd posiadanych instrumentów pod kątem ich stanu i oceny co do dalszej przydatności.

Niefachowa naprawa instrumentów, choć początkowo sprawia wrażenie korzystnej, w dłuższej perspektywie prowadzi do ich zniszczenia.

**TYLKO MY GWARANTUJEMY WYKONANIE USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPRAWDŹ NASZĄ JAKOŚĆ!
ODWIEDŹ – www.chifa.com.pl/ats**

ATS Dział Regeneracji

Aesculap Chifa sp. z o.o.
64-300 Nowy Tomyeł
ul. Tysiąclecia 14
tel. (061) 44 20 300,
tel. zgłoszenie naprawy narzędzi (061) 44 20 451,
fax (061) 44 20 282
e-mail: ats.acp@bbraun.com
www.chifa.com.pl/ATS

Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl/Polska
tel.: +48 61 44 20 100
fax: +48 61 44 23 936
e-mail: info.acp@bbraun.com
www.chifa.com.pl